

	Parecer de Análise Técnica de Propostas - Versão 1.0	Código	PATP02.26
		Revisão	02/02/2026
		Página	1 de 3
		Elaborado por:	John Hessler
		Revisado por:	Leonardo Duarte

Hospital Regional das Missões

Razão Social: Associação Hospital de Caridade de Santo Ângelo

CNPJ: 96.210.471/0001-01

Convênio: 962367/2024

Processo: 009/2026 - Edital de “Cotação Prévia de Preços - Divulgação eletrônica”

Propostas avaliadas para o seguinte equipamento:

Item 01 - Balança Analítica de Precisão

Item 02 - Monitor Multiparâmetros para CC

Por meio deste parecer técnico, motivamos a conformidade/desconformidade dos equipamentos cotados pelos fornecedores do processo de compras supracitado, apresentaremos as empresas **classificadas** e **desclassificadas** tecnicamente a seguir nominadas, visando atender a demanda do convênio supracitado para aquisição de Equipamentos e Material Permanente.

ITEM 01 - Balança Analítica de Precisão

Apresentaram propostas:

a) Mais Ética Comercial, CNPJ N° 29.795.338/0001-69;

b) Toledo do Brasil, CNPJ N° 59.704.510/0001-92;

Empresas Desclassificadas:

a) **Mais Ética Comercial, CNPJ N° 29.795.338/0001-69**, a empresa ofertou a balança modelo Mark M - Resolução 0,0001g, do fabricante Bel Engineering.

A empresa elencada acima está **DESCCLASSIFICADA**, por não atender às especificações técnicas exigidas no referido edital, conforme relacionado a seguir:

O descritivo solicita “capacidade de 15kg”. Entretanto, a empresa Mais Ética Comercial, ofertou o equipamento indicado acima e na proposta o valor informado ficou abaixo do exigido no edital.

Modelos com calibração automática peso interno
Peso Líquido: 6,6Kg
Dimensões e Peso da Caixa
53x43x64 (CxLxA)
Peso: 8,950Kg

	Parecer de Análise Técnica de Propostas - Versão 1.0	Código	PATP02.26
		Revisão	02/02/2026
		Página	2 de 3
		Elaborado por:	John Hessler
		Revisado por:	Leonardo Duarte

Trecho retirado da página 02 da proposta.

b) Toledo do Brasil, CNPJ N° 59.704.510/0001-92, a empresa ofertou a balança modelo 2095 - Display Base, do fabricante Toledo.

A empresa elencada acima está **DECLASSIFICADA**, por não atender às especificações técnicas exigidas no referido edital, conforme relacionado a seguir:

O descritivo solicita “capacidade de 15kg”. Entretanto, a empresa Toledo do Brasil, ofertou o equipamento indicado acima e na proposta o valor informado ficou abaixo do exigido no edital.

Versão: Display na Base
Display: LCD de 15 mm de altura
Capacidade de Pesagem: 3kg x 0,5g 6kg x 1g 12kg x 2g
Plataforma de Pesagem (dimensões): 329 mm (L) x 141 mm (A) 368 mm (P)
Material da Plataforma: Aço inoxidável AISI 304
Conectividade presente: Saída RS-232C + Saída USB

Trecho retirado da página 01 da proposta.

ITEM 02 - Monitor Multiparâmetros para CC

Apresentaram propostas:

- a) Cir. São Felipe, CNPJ N° 07.626.776/0001-60;
- b) Max Cirurgica Com. Ltda, CNPJ N° 89.982.037/0001-76.

Empresas Desclassificadas:

a) Cir. São Felipe, CNPJ N° 07.626.776/0001-60, a empresa ofertou o monitor modelo K12 e central PC-1000A, do fabricante Shenzhen Creative.

A empresa elencada acima está **DECLASSIFICADA**, por não atender às especificações técnicas exigidas no referido edital, conforme relacionado a seguir:

O descritivo solicita “Deve utilizar uma das seguintes tecnologias para medição de saturação: Masimo, Nellcor, Nihon Kohden, Philips ou Truesignal.” Entretanto, a empresa Cir. São Felipe, ofertou o equipamento indicado acima e na proposta não menciona a tecnologia para medição de oximetria utilizada pelo equipamento ofertado, conforme o recorte abaixo, são mencionados

	Parecer de Análise Técnica de Propostas - Versão 1.0	Código	PATP02.26
		Revisão	02/02/2026
		Página	3 de 3
		Elaborado por:	John Hessler
		Revisado por:	Leonardo Duarte

alguns modelos de tecnologias, mas tratados como opcionais e não ficando claro qual a tecnologia ofertada.

SpO₂ – Saturação de Oxigênio • Faixa de medição: 0 a 100%. • Precisão: $\pm 2\%$ (70–100%). • Resolução: 1%. • Frequência de pulso: 0 a 300 bpm. • Tecnologia de oximetria: Moveoxy / Nellcor / Masimo (opcionais).

Trecho retirado da página 06 da proposta.

b) Max Cirurgica Com. Ltda, CNPJ Nº 89.982.037/0001-76, a empresa ofertou o monitor modelo BSM-3562, do fabricante Nihon Kohden.

A empresa elencada acima está **DESCCLASSIFICADA**, por apresentar proposta com valor superior ao valor disponibilizado.

Santo Ângelo/RS, 03 de Julho de 2026.



Henrique Sedrez Garcia
Eng. Eletricista
CREA-RS 232584